

论证专家签到表


项目名称：经鼻胃镜

项目编号：GLXM2024-069

2024年8月21日

序号	姓名	单位名称	职称	专业	电话
1	程新喜	济南市第一人民医院	副主任医师	医学工程	13791120322
2	顾伟民	济南总医院	主任医师	医学工程	15969678707
3	李庆林	济南市人民医院	主任医师	医学工程	13376449999

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	韩庆霖	职称	主任医师
工作单位	济南市第一人民医院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	经鼻胃镜		
供应商名称	青岛合众聚医疗科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析：山东大学齐鲁医院此次采购的经鼻胃镜是内镜的功能，要求镜体通道2.4mm以上，及能与现有设备匹配。目前市场上只有富士公司的产品，因此具有唯一性。</p>		
	<p>提出单一来源供应商的理由： 青岛合众聚医疗科技有限公司是富士公司地区唯一授权代理商。因此拟以单一采购方式从富士公司购买经鼻胃镜。</p>		
	<p>专家签字： </p>		
2024年08月21日			

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	顾伟民	职称	主任技师
工作单位	济军总院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	经鼻胃镜		
供应商名称	青岛合众聚医疗科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析： 山东大学齐鲁医院拟采购经鼻胃镜用于咽部、食管狭窄患者诊断与治疗。2、经鼻置放管道治疗胰腺腺假性囊肿、胰腺坏死的跨壁造瘘引流。医院现用的设备主机完好，现拟采购经鼻胃镜只采购镜子不采购主机，故只能采取单一来源方式进行采购。</p>		
	<p>提出单一来源供应商的理由： 本次拟采购的经鼻内镜需具备治疗功能，传统的经鼻内镜活检通道仅有1.8mm，不能通过圈套器等治疗器械，发现疾病后无法治疗。只能用大直径的胃镜进行治疗，创伤较大。经调研目前市场上活检通道2.4mm以上内镜，有富士公司生产。经上述，建议从富士公司进行单一来源采购。该公司指定经销商为青岛合众聚医疗科技有限公司。</p>		
	<p>专家签字： 顾伟民</p>		

2024年08月21日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陶 颖 勇	职称	副主任技师
工作单位	济南市第一人民医院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	经鼻胃镜		
供应商名称	青岛合众聚医疗科技有限公司		
专家论证意见	采购项目的市场分析： 经鼻胃镜其主要用于咽部、食管狭窄患者无法吞咽、主动张口患者的诊断和治疗等，经过市场调研，目前传统的经鼻胃镜内镜通道只有1.8mm，不能通过圈套器等治疗器械开展治疗工作。现在医院需要配制≥2.4mm的经鼻胃镜，并且需要与医院现有镜相匹配，现只有日本富士公司生产。		
	提出单一来源供应商的理由：具有唯一性。 山东大学齐鲁医院拟采购的“经鼻胃镜”经过市场调研，目前只有日本富士公司能够生产≥2.4mm的经鼻胃镜，另外采购的内镜必须与医院现有主机兼容匹配。因此医院如需采购该内镜需由原生产厂家或其指定的唯一代理商来完成。而“青岛合众聚医疗科技有限公司”是其指定的唯一代理商。因此建议以单一来源方式在该公司采购“经鼻胃镜”。		
	专家签字： 陶 颖 勇		

2024年08月21日